

Alcoscan AL7000 – Full Kit



1. trubica vstupu dychu, tu vložte náustok
2. displej – zobrazovaný údaj je v promile[‰]
3. vypínač (zapnutie/vypnutie prístroja)
4. úchyt pre pútko na ruku
5. viečko senzora
6. výstup dychu – **nezakrývajte pri skúške!**
7. vstup pre 12V kábel
8. kryt batérie

Detekcia alkoholu :

Digitálny detektor alkoholu AL7000 je zariadenie, ktoré je schopné merať hladinu alkoholu v ľudskom tele. Výsledky meraní ukazujú promile alkoholu v krvi.

Postup merania :

1. Stlačte krátko tlačidlo (3). Po cca. 1 sekunde prebehne test prístroja. Pokiaľ budete tlačidlo držať dlhšie, zobrazí sa počet meraní striedavo s nápisom „nor,,. Po uvoľnení tlačidla začne detektor na displeji odpočítavať číslice až po 000. Počas tejto doby sa zahrieva senzor v detektore a celý prístroj sa pripravuje na činnosť.
2. Keď počujete pípnutie (zároveň sa na displeji zobrazí nápis „blow,,), okamžite začnite fúkať rovnomerne do náustku (1), pokiaľ budete počuť zvukové znamenie. Po dvojitom pípnutí prestaňte fúkať do detektora. Pokiaľ ste fúkali príliš krátko, na displeji sa zobrazí nápis „Flow,,. V tomto prípade meranie opakujte.
3. Asi za 4 sekundy bude výsledok testu zobrazený na displeji. Údaje sú udávané v ‰ (promile).
4. Výsledok testu zostane zobrazený asi 15 sekúnd. Potom sa prístroj sám vypne. Je možné ho vypnúť aj tlačidlom.
5. Keď chcete uskutočniť ďalšie meranie, počkajte asi 30 sekúnd a postupujte opäť podľa bodov 1 - 4.

Dôležité upozornenia:

1. Detektor AL7000 je s ohľadom na platnú slovenskú legislatívu orientačným meradlom alkoholu. Nie je možné ho použiť na dokazovanie a z merania vyvodzovať napr. pracovno-právne dôsledky.
2. Po tom, čo ste pili alkohol, počkajte pred použitím detektora najmenej 30 minút. Budete mať istotu, že vzorka alkoholu je odobraná iba z vašich pľúc a nie zo zvyškov alkoholu vo vašich ústach, čo môže mať za následok vyššie namerané hodnoty.
3. Senzor detektora je veľmi citlivý, nepoužívajte detektor bezprostredne po fajčení alebo pití alkoholu! Počkajte vždy aspoň dve minúty. Dym z fajčenia alebo alkohol môžu zničiť senzor detektora. Nepoužívajte detektor v silnom vetre, ani v miestnosti so silne znečisteným vzduchom. Nenalievajte žiadnu tekutinu do detektora, mohlo by dôjsť ku zničeniu senzora.
4. Všeobecne platí, že senzory na detekciu alkoholu ovplyvňuje teplota okolia a vlhkosť vzduchu. Preto sa môžu vyskytnúť nepresnosti v meraní. Tolerancia je okolo 10%. V prípade, že ste požili veľmi malé množstvo alkoholu (koncentrácia je pod 0,10) detektor nameria hodnotu 0,00‰.
5. Nevystavujte detektor extrémnym klimatickým vplyvom. Prevádzková teplota je +10 - +40°C.
6. Pokiaľ sa na displeji zobrazí nápis „CAL“, vymeňte senzor alebo zašlite prístroj dovozcovi na kalibráciu.

Alcoscan AL7000 – Full Kit

Výmena batérie:

Batériu vymieňajte, keď sa na displeji zobrazí nápis „bat“. Kryt priestoru pre batérie je na spodnej strane prístroja. Vkladajte vždy len nové alkalické tužkové batérie 1,5V AA. Podľa polarizačných znamienok + a - sa uistite, že ste ich vložili správne.

Špecifikácia:

Rozsahmerania	0,0 – 4,0 promile
Rozmery	105 x 50 x 18 mm
Hmotnosť	100 gramov
Batéria	2 x 1,5V AA alkalická
Senzor	Semiconductor oxide sensor
Doba prípravy na meranie	menej ako 1 minúta
Čas reakcie	2 – 4 s.
Prevádzková teplota	+10 až +40 °C
Presnosť	10% aktívny režim
Životnosť batérie:	100 – 200 meraní
Kalibrácia:	doporučuje sa pri bežnom používaní po 6 mesiacoch. Kalibráciu vykonáva dovozca testera.
Certifikát:	CE
Záruka:	2 roky

Záruka:

Záručná doba je 24 mesiacov. Preberáme záruku za správnu činnosť výrobku v súlade s normou výrobcu a všetky závady v činnosti, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty, bezplatne opravíme. Na základe tejto záruky nie je možné uplatňovať ďalšie nároky na iné vzniknuté straty (ušlý zisk atď.).

S reklamáciou sa obracajte vždy na svojho predajcu!

Záruka sa nevzťahuje na:

- Závady spôsobené neodborným zaobchádzaním
- Závady spôsobené vdychovaním vysokej koncentrácie alkoholu alebo dymu (bezprostredne po požití alkoholu, prípadne pri fajčení)
- Závady spôsobené použitím nesprávneho príslušenstva
- Závady spôsobené zásahom do vnútra prístroja
- Prirodzené opotrebenie vonkajšieho povrchu
- Poškodenie počas transportu alebo nesprávnym skladovaním
- Prirodzené opotrebenie senzora
- Nutnosť kalibrácie detektora

Kalibrácie, reklamácie, záručný a pozáručný servis vykonáva:

Vlan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, tel: 032 / 38 10 075

Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu alebo kalibráciu prístroja je potrebné predložiť Záručný list a sprievodný list s popisom závady spolu s Vašimi fakturačnými údajmi a telefónnym číslom!